


Guía para ajuste del encaje


Es importante volver a evaluar el ajuste del encaje por la mañana, por la tarde y por la noche.



ENCAJES INSUFICIENTES

- La pierna se incrusta en el encaje, lo que causa presión en la parte inferior de la pierna y la base de la rótula.
- La pierna protésica podría rotarse.


Pin de sujeción: Oirá clics fácilmente y cuando se siente.



DEMASIADOS ENCAJES

- La rodilla no descansará lo suficiente en el encaje.
- Podría sentir una presión “de vaivén” en la parte inferior de la pierna debido a la presión del ajuste de los encajes.

Pin de sujeción: Quizá no oiga clics cuando se siente o quizá sea difícil lograr los clics cuando se sienta o está de pie.



ENCAJES SUFICIENTES

- Presión general, sin tensión o dolor en áreas específicas.

Pin de sujeción: Oirá algunos clics cuando se siente, pero la mayoría de los clics se oirán cuando se ponga de pie y dé los primeros pasos.

1 CAPA

Amarillo

3 CAPAS

Verde

5 CAPAS

Azul



Escanee el código para mirar el video informativo.